



FOUR WHEELED KNEEWALKER

SAFETY

GUIDELINES



- » Before using the Kneewalker, you should be trained by a healthcare professional or dealer.
- » **DO NOT** use the Kneewalker by yourself until you have been properly trained, you have practiced with someone and you feel confident you can maneuver by yourself.
- » Engage the lock and practice bending, reaching and transfers on and off the Kneewalker.
- » **NEVER** attempt a maneuver that has not been practiced.
- » Be aware of your surroundings when operating the Kneewalker. Look for hazards and avoid them.
- » **BEFORE** each use, make sure the padded knee rest is in the locked position. Check the brakes for proper operation.
- » **DO NOT** exceed the maximum weight capacity listed on the device and in the assembly guide or serious injury could result.
- » **DO NOT** perform any adjustments while the kneewalker is in use.
- » **ALL WHEELS** must be in contact with the floor at **ALL TIMES**.
- » When turning, use **EXTREME CAUTION** and only turn when one foot is on the ground.
- » **ALWAYS** keep both hands on the handle grips when in use.

Cautions

- » **DO NOT** lean forward, backward or to either side while using.
- » **DO NOT** lean forward while applying the brakes.
- » **DO NOT** operate on loose gravel or uneven surfaces.
- » **DO NOT** travel over large cracks or fissures.
- » Stop and move forward slowly when encountering cracks or separations in walkway surfaces.
- » **DO NOT** operate in excess of 3 miles per hour (slow-to-moderate walking speed).
- » **DO NOT** turn while coasting.
- » **DO NOT** turn unless one foot is on the ground.
- » **DO NOT** turn at speeds over 1 mph (very slow walking speed).
- » **DO NOT** operate on inclines above 15 degrees (slight incline).
- » **DO NOT** travel over drops or barriers such as curbs, steps or parking barriers.
- » Always check the fasteners on the tiller, wheels, brakes, and pad for tightness before use.
- » **DO NOT** use the Kneewalker for anything other than its intended use. This is a walking aid **ONLY**.
- » **DO NOT** use the seat to transport people or objects.
- » **DO NOT** sit on the knee walker while it is being loaded into a vehicle or while it is being transported in a vehicle.
- » **DO NOT** sit, stand or lean on the steering mechanism. The steering mechanism is not weight bearing.
- » **DO NOT** sit on the knee walker unless the brakes and padded knee rest are in a locked position.
- » **DO NOT** self propel the knee walker while seated.
- » **DO NOT** hang anything from the knee walker handles or frame at any time other than a Medline provided basket or bag. This may cause the walker to tip.
- » **DO NOT** put more than 5 lbs (2.3 kg) in the bag or basket.
- » **DO NOT** use the Knee Walker if the brake system is not working properly.

Warranty

Your Medline Product is warranted to be free of material defects in materials and workmanship for the lifetime of the consumer. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the material and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. This warranty does not extend to non-durable components such as handgrips, pushbuttons, leg riggings and any other wearable part which carry a one (1) year warranty. In the event of a defect or failure covered by this warranty, contact us at **1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848**. Medline will, at its option, repair or replace your Medline product.

This warranty does not extend to damage or failure occurring as a result of owner misuse or negligence, normal wear and tear, or other causes unrelated to the manufacture and design of the product. This express warranty is Medline's sole and exclusive warranty and your sole remedy in the event of default or failure. Medline is not responsible for any consequential or incidental damages or costs arising from use of the warranted products, or any defect therein or failure thereof. Medline disclaims all other warranties including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

Contact us at **1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848**, Monday – Friday 8:00 am to 5:00 pm CST if you encounter any problems or for information regarding repairs or maintenance.

Maintenance

1. Clean the frame/hand grip and knee pad with a mild soap, detergent or household cleaner. Do not use an organic solvent (Such as acetone, MEK, lacquer thinner, lighter fluid, dry cleaning fluid, gasoline or turpentine) that may dissolve the plastic and cause damage to the product. Thoroughly dry the product **IMMEDIATELY** with a towel.
2. Check the hardware prior to each use to ensure that all components are properly tightened and/or fastened.
3. On a monthly basis or as necessary; check the condition of the frame and ensure that it is free of defects.



DÉAMBULATEUR À QUATRE ROULETTES AVEC REPOSE-GENOU



CONSIGNES

DE SÉCURITÉ

- » Avant d'utiliser le déambulateur avec repose-genou, vous devez recevoir une formation donnée par un professionnel de la santé ou un détaillant.
- » **NE PAS** utiliser le déambulateur par vous-même avant d'avoir reçu une formation appropriée, de vous être pratiqué avec quelqu'un et d'avoir acquis la confiance nécessaire pour le manœuvrer par vous-même.
- » Activer le mécanisme de blocage et s'exercer à se pencher, à tendre les bras et à monter et à descendre du déambulateur.
- » **NE JAMAIS** essayer une manœuvre qui n'a pas été pratiquée au préalable.
- » Il faut être conscient de son environnement pendant l'utilisation du déambulateur et rester à l'affût des obstacles afin de les éviter.
- » **AVANT** chaque utilisation, s'assurer que le repose-genou rembourré est verrouillé. S'assurer que les freins sont en bon état de fonctionnement avant l'utilisation.
- » **NE PAS** excéder la capacité maximale de poids indiquée sur l'appareil et dans le guide d'assemblage au risque de subir des lésions graves.
- » **NE PAS** effectuer d'ajustements pendant l'utilisation du déambulateur.
- » **TOUTES LES ROULETTES** doivent être en contact avec le plancher ou le sol en **TOUT TEMPS**.
- » Pendant les virages, faire preuve de **PRUDENCE EXTRÊME**, et ne tourner seulement que lorsqu'un des pieds repose sur le sol.
- » **TOUJOURS** garder les deux mains sur les poignées pendant l'utilisation.

Mises en garde

- » **NE PAS** se pencher vers l'avant, vers l'arrière ou de côté pendant l'utilisation.
- » **NE PAS** se pencher vers l'avant pendant l'application des freins.
- » **NE PAS** utiliser sur du gravier meuble ou des surfaces inégales.
- » **NE PAS** se déplacer sur des crevasses ou des fissures.
- » S'arrêter et se déplacer lentement en cas de crevasses ou de fissures sur votre passage.
- » **NE PAS** utiliser à une vitesse dépassant 4,8 km/h (3 mi/h) (vitesse de marche lente à modérée).
- » **NE PAS** tourner en se déplaçant en roue libre.
- » **NE PAS** tourner sauf si l'un des pieds touche le sol.
- » **NE PAS** tourner à des vitesses dépassant 1,6 km/h (1 mi/h) (vitesse de marche très lente).
- » **NE PAS** utiliser sur des pentes supérieures à 15 degrés (pente légère).
- » **NE PAS** franchir de dénivellations ou d'obstacles tels que des bordures, des marches ou des butoirs de stationnement.
- » Toujours vérifier le serrage des fixations du timon, des roulettes, des freins et du repose-genou avant l'utilisation.
- » **NE PAS** utiliser le déambulateur pour un usage autre que celui pour lequel il est prévu. Il est **UNIQUEMENT** une aide à la marche.
- » **NE PAS** utiliser le siège pour transporter une personne ou des objets.
- » **NE PAS** s'asseoir sur le déambulateur pendant son chargement dans un véhicule ou pendant son transport dans un véhicule.
- » **NE PAS** s'asseoir, se tenir debout ni s'appuyer sur le mécanisme de direction. Le mécanisme de direction n'est pas conçu pour supporter du poids.
- » **NE PAS** s'asseoir sur le déambulateur, sauf si les freins et le repose-genou rembourré sont verrouillés.
- » **NE PAS** autopropulser le déambulateur en position assise.
- » **NE PAS** accrocher quelconque objet aux poignées ou au cadre du déambulateur autre qu'un panier ou un sac fourni par Medline. Cela pourrait faire basculer le déambulateur.
- » **NE PAS** placer plus de 2,3 kg (5 lb) dans le sac ou le panier.
- » **NE PAS** utiliser le déambulateur si le système de freinage ne fonctionne pas correctement

Garantie

Votre produit Medline est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pour toute la durée d'utilisation par l'acheteur. Ce produit a été construit conformément à des normes précises et a été soumis à une inspection rigoureuse avant son expédition. La présente garantie limitée à vie est une expression de notre confiance dans les matériaux et la fabrication de nos produits et vous assure de nombreuses années de service pratique et fiable. La garantie ne couvre pas les composantes non durables, telles que les poignées, les boutons-poussoirs, les pièces des pattes ou toute autre pièce dont l'usure est normale, qui sont accompagnées d'une garantie d'un (1) an. Dans l'éventualité d'un défaut couvert par la présente garantie, contactez Medline au **1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848**. Medline réparera ou remplacera votre produit Medline à son entière discrétion.

La garantie ne couvre pas les dommages ni les défaillances découlant de l'emploi inapproprié ou la négligence du propriétaire, de l'usure normale ou d'autres causes non liées à la fabrication et à la conception du produit. Cette garantie expresse est la seule et unique garantie de Medline et est votre seul recours en cas de défaut ou de défaillance. Medline n'est pas responsable des dommages ou des coûts directs ou indirects découlant de l'utilisation des produits garantis ou de tout défaut ou défaillance de ceux-ci. Medline décline toute autre garantie, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et de convenance à une fin particulière.

Contactez-nous au **1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848**, du lundi au vendredi entre 8 h et 17 h HNC, en cas de problèmes ou pour obtenir de l'information sur les réparations ou l'entretien.

Entretien

1. Nettoyer le cadre/la poignée et le repose-genou avec un savon doux, un détergent ou un nettoyant ménager. Ne pas utiliser de solvant organique (tel que l'acétone, le MEK, le diluant à laque, l'essence à briquet, le liquide de nettoyage à sec, l'essence ou la térébenthine) qui pourrait dissoudre le plastique et endommager le produit. Sécher **IMMÉDIATEMENT** et soigneusement le produit au moyen d'une serviette.
2. Vérifier les pièces avant chaque utilisation pour s'assurer que toutes les composantes sont bien serrées ou fixées.
3. Chaque mois ou au besoin, vérifier l'état du cadre et s'assurer qu'il est exempt de défauts.



Medline Industries, Inc.,
Three Lakes Drive, Northfield,
IL 60093 USA.
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

FOLLOW US | SUIVEZ-NOUS | SÍGANOS



Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. We reserve the right to correct any errors that may occur within this brochure. © 2021 Medline Industries, Inc. All rights reserved. Medline is a registered trademark of Medline Industries, Inc.

Certains produits peuvent ne pas être en vente au Mexique ou au Canada. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui se glisserait dans cette brochure. © Tous droits réservés, Medline Industries, Inc., 2021. Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc.

STK Knee Walker Warnings | PIC-00918 (Rev: 06-23-21)